



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 12.1-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ
КІНЕТИЧНИМ МЕТОДОМ З БУТИРИЛТІОХОЛІНОМ
«ХОЛІНЕСТЕРАЗА-БУТИРИЛТІОХОЛІН-МІНІ»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Реагент 1	2 x 24 мл флаконів	Безбарвна рідина без осаду, рН = 7,7 ± 0,05	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 12 мл флакон	Безбарвна рідина без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(2,28 - 350) мккат/л, (137 - 21000) Од/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

РЕАГЕНТ

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В. ОТК



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 12.1-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ
КІНЕТИЧНИМ МЕТОДОМ З БУТИРИЛТІОХОЛІНОМ
«ХОЛІНЕСТЕРАЗА-БУТИРИЛТІОХОЛІН-МІНІ»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Реагент 1	2 x 24 мл флаконів	Безбарвна рідина без осаду, рН = 7,7 ± 0,05	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 12 мл флакон	Безбарвна рідина без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(2,28 - 350) мккат/л, (137 - 21000) Од/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.