



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 40.6-06

ПАСПОРТ
«ХОЛЕСТЕРИН-МОНО-400-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНОГО ХОЛЕСТЕРИНУ
ФЕРМЕНТАТИВНИМ (CHOD-PAF) МЕТОДОМ З МОНОРЕАГЕНТОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	2 x 1,6 мл пробірки	Прозора безбарвна рідина (5,20±0,08) ммоль/л	Відповідає
2	Монореагент	4 x 100 мл флакона	Прозора рідина, від ледь жовтуватого до рожевого кольору, рН (7,0±0,2)	рН Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-18,9) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 40.6-06

ПАСПОРТ
«ХОЛЕСТЕРИН-МОНО-400-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНОГО ХОЛЕСТЕРИНУ
ФЕРМЕНТАТИВНИМ (CHOD-PAF) МЕТОДОМ З МОНОРЕАГЕНТОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	2 x 1,6 мл пробірки	Прозора безбарвна рідина (5,20±0,08) ммоль/л	Відповідає
2	Монореагент	4 x 100 мл флакона	Прозора рідина, від ледь жовтуватого до рожевого кольору, рН (7,0±0,2)	рН Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-18,9) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.